KELVIN

De passende Kelvin onder-steuning voor jouw cliënt.

START

Zorg bij het eerste gebruik van de Kelvin voor:

- Een passend niveau van omgevingsprikkels bij de behoeften van jouw cliënt.
- Een passende transfer van je cliënt in de Kelvin; bij voorkeur met de tillift vanaf de zijkant van de Kelvin.

Scan voor meer informatie én de instructievideo de QR-code

Meten

STAP 1





Heupbreedte

Bovenbeenlengte

Op basis van heupbreedte en bovenbeenlengte kies je eenvoudig de juiste maat Kelvin voor jouw cliënt.

Houdt als richtlijn aan:

- Kies de zitbreedte passend of breder
- Kies de zitdiepte passend of korter

Kom je tussen twee maten uit? Kies dan altijd een bredere en kortere maat.

Om je een handje te helpen, hebben we een Kelvin meetlint ontwikkeld.

Configuratie

STAP 2

Kies de juiste ondersteuning voor jouw cliënt voor de zes ondersteuningsvlakken:

1. Rugondersteuning
2. Zijwaartse rompondersteuning
3. Zitkussen
4. Beenondersteuning
5. Armondersteuning
6. Hoofdondersteuning

Check voor het eerste gebruik van de Kelvin de volgende stappen →

Zitbreedte

STAP 3

Navulkussens groot

Navulkussens klein

Check de zitbreedte: biedt deze voldoende grootvlakkige, omvattende ondersteuning?

Als het net niet past:

- Plaats de zijschildjes onder de armlegger verder naar binnen of verwijder ze.
- Pas de zitbreedte aan door het uitnemen of toevoegen van vulkussentjes in de dijbeenkussens.

Zitdiepte

STAP 4



Check de zitdiepte: wordt het bovenbeen volledig ondersteund met vrije ruimte in de knieholte?

Als het net niet past:

- Verplaats het zitkussen naar voren of achteren (losritsen, op de juiste klittenband positie plaatsen, en weer vastzetten).
- Let op: plaats bij de voorste positie van het zitkussen altijd een rughoek/zitdiepte opvulkussen achter het zitkussen.
- Pas de vulgraad van de rugkussens aan door het uitnemen of toevoegen van vulzakjes.

Zitten in balans

STAP 5



Gebruik de zithoekverkanteling om een stabiele zithouding te creëren voor de cliënt. Bepaal de ideale individuele zithoek door de zithoek te zoeken waarin het hoofd in balans op de romp staat.

Ga verder met stap 6 en 7 op de achterzijde

Life & Mobility bv

PO Box 304
NL - 7000 AH Doetinchem
Logistiekweg 7
Doetinchem

T +31 (0)314 328 000
www.life-mobility.com
info@life-mobility.com

Inspired by life

07/2026 – 149620AB

Life&Mobility

Individuele ondersteuning van de rugcontour

STAP 6

Heeft je cliënt behoefte aan meer individuele ondersteuning van de rugcontour?

- Plaats via de ritsopening aan de achterzijde van het canvas een lumbaal supportkussen in de dubbele bodem.
- Via de voorzijde kun je in de rugkussens met een dubbele bodem, vulzakjes toevoegen of uitnemen.

Zijwaartse ondersteuning

STAP 7



Heeft je cliënt behoefte aan meer of juist minder zijwaartse, grootvlakkige ondersteuning van de romp of rondom de bovenbenen?

- Plaats via de ritsopening aan de achterzijde van het canvas zijsupportkussens (i.c.m. zijplaat) in de dubbele bodem.
- Neem vulzakjes uit of voeg ze toe aan de zijkussens van de rug of aan de dijbeenkussens.
- Plaats de zijschildjes verder naar binnen of naar voren.

TOT SLOT

Observeer de cliënt:
Door met de voorgaande stappen het lichaam én het brein van je cliënt gericht te ondersteunen en zintuiglijk te informeren, ontstaat vaak direct zichtbare ontspanning. Dit kan onder andere zichtbaar worden in minder onrust, een ontspannen gelaatsuitdrukking, betere alertheid, betere communicatie, en een minder hoge spierspanning.

Stappenplan Kelvin

Life&Mobility